

# Mycoplasma pneumoniae

## IgM – ELISA

ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek  
proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě

Pouze pro diagnostické použití *in vitro*.



---

CE\_0483

---

Číslo výrobku: MYCM0350 (96 Testů)

---

## OBSAH

1. ÚVOD	3
2. POUŽITÍ	3
3. PRINCIP TESTU	3
4. MATERIÁLY	3
4.1. REAGENTY DODÁVANÉ V SOUPRAVĚ	3
4.2. MATERIÁL DODÁVANÝ V SOUPRAVĚ	4
4.3. DALŠÍ POTŘEBNÉ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ	4
5. STABILITA A SKLADOVÁNÍ	4
6. PŘÍPRAVA REAGENTŮ	4
6.1. PROUŽKY MIKROTITRAČNÍ DESTIČKY	4
6.2. KONJUGÁT ANTI-IGM	4
6.3. KONTROLNÍ VZORKY	4
6.4. IGM ŘEDÍCÍ ROZTOK VZORKŮ	4
6.5. PROMÝVACÍ ROZTOK	4
6.6. TMB SUBSTRÁT	4
6.7. STOP ROZTOK	5
7. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ	5
7.1. ŘEDĚNÍ VZORKŮ	5
8. POSTUP PROVEDENÍ TESTU	5
8.1. PŘÍPRAVA TESTU	5
8.2. MĚŘENÍ	5
9. VÝSLEDKY	6
9.1. KRITÉRIA PLATNOSTI TESTU	6
9.2. VÝPOČET VÝSLEDKŮ	6
9.3. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ	6
9.3.1. VÝSLEDKY V JEDNOTKÁCH FIRMY NOVATEC (NTU)	6
10. SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY TESTU	6
10.1. PŘESNOST	6
10.2. DIAGNOSTICKÁ PŘESNOST	6
10.3. DIAGNOSTICKÁ CITLIVOST	6
11. LIMITY POSTUPU	7
12. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ	7
12.1. LIKVIDACE ODPADU	7
13. LITERATURA	7
14. INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU	7
15. KONTAKTY	7
16. SCHÉMA TESTU	8

**CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.**

**CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.**

**CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.**

## 1. ÚVOD

Bakterie rodu Mycoplasma patří do třídy Mollicutes, která se skládá ze tří odlišných čeledí a čtyř rodů, z nichž jeden je rod Mycoplasma s více než 60 druhy. Organismy rodu Mycoplasma jsou nejmenší volně žijící organismy, které známe (v průměru mají od 300 do 500 nm) a na rozdíl od běžných bakterií nemají buněčnou stěnu. Bakterie rodu Mycoplasma jsou extracelulární parazité, vyskytující se zejména na sliznicích. Tyto bakterie mohou způsobit infekci u lidí, zvířat, rostlin a v buněčných kulturách. Mycoplasma pneumoniae je respirační patogen, vyskytující se především v nosohltanu, krku, průdušnici, průduškách, průdušinkách a v plicních sklípcích člověka. V ústní dutině se vyskytují další druhy rodu Mycoplasma. Jsou to M. buccale, M. faucium, M. orale a M. salivarium. Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum se vyskytují především v genitálním traktu, a mohou se objevit pouze příležitostně. Nejdůležitějším patogenum této skupiny je Mycoplasma pneumoniae. Infekce M. pneumoniae se vyskytuje po celém světě, její epidemiologie byla studována především v USA, Evropě a v Japonsku. Infekce jsou endemické ve větších městských oblastech, epidemický nárůst je pozorován v různých intervalech. Odhaduje se, že M. pneumoniae je příčinou 15 – 20 % případů pneumonie, u dětí a mladistvých je procento ještě vyšší. Infekce M. pneumoniae je v 74 % případů asymptomatická a může dojít k reinfekci. Přirozeně získaná imunita proti infekci M. pneumoniae mírá omezené trvání (2 – 3 roky).

Druh	Onemocnění	Mechanismus infekce
Mycoplasma pneumoniae	Onemocnění dýchacího traktu: Od asymptomatických infekcí po faryngtitidu, bronchitidu, zášprt, tracheobronchitidu, pneumonitidu a pneumonii	Není známo, zda k šíření dochází hlavně kapénkami, přímým nebo nepřímým kontaktem, nebo všem těmito cestami.

Přítomnost tohoto patogenu resp. infekci lze zjistit následujícími metodami:

- Mikroskopicky: barvení Gramovou metodou, izolace organismu v kulturách
- Sérologicky: detekcí tvorby protilátek metodou ELISA

## 2. POUŽITÍ

Souprava firmy NovaTec Imundiagnostica Mycoplasma pneumoniae IgM-ELISA je navržena pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti bakterii Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě (citratě).

## 3. PRINCIP TESTU

Stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae je založeno na principu ELISA. Stěny jamek stripů mikrotitrační destičky jsou potaženy antigeny Mycoplasma pneumoniae, které na sebe navazují odpovídající protilátky ze vzorku pacienta. Po promytí jamek, kterým se odstraní nenavázaný materiál vzorků, se do jamek přidá konjugát anti-lidského IgG značený křenovou peroxidázou (HRP). Tento konjugát se váže na zachycené specifické protilátky proti Mycoplasma pneumoniae. Takto vytvořený imunokomplex je zviditelněn přidáním substrátu tetrametylbenzidinu (TMB) za vzniku modrého zabarvení. Intenzita zabarvení je přímo úměrná množství IgG protilátek proti Mycoplasma pneumoniae přítomných ve vzorku pacientova séra. Reakce se zastaví změnou pH, přidáním kyseliny sírové. Tím se dojde ke konečnému žlutému zabarvení. Intenzita zabarvení se měří pomocí ELISA readeru při vlnové délce 450 nm.

## 4. MATERIÁLY

### 4.1. Reagenty dodávané v soupravě

- **Mikrotitrační destička**, 12 lomitelných stripů po 8 jamkách potažených antigeny Mycoplasma pneumoniae; vakuově zabaleno v uzavírací aluminiové fólii.
- **IgM ředící roztok vzorků \*\*\***: 1 lahvička, 100 ml pufru na ředění vzorků, připraveno k okamžitému použití, pH  $7,2 \pm 0,2$ , barva zelená, bílý uzávěr.
- **Stop roztok**: 1 lahvička obsahující 15 ml kyseliny sírové, připraveno k okamžitému použití, 0,2 mol/l, červený uzávěr.
- **Promývací roztok (20x konc.)\***: 1 lahvička, 50 ml 20x koncentrovaného pufru (pH  $7,2 \pm 0,2$ ) určeného k promývání jamek mikrotitrační destičky, bílý uzávěr.
- **Konjugát anti-IgM\*\***: 1 lahvička, 20 ml králičí protilátky proti lidskému IgM značené HRP, barva červená, připraveno k okamžitému použití, černý uzávěr.
- **Substrát TMB**: 1 lahvička, 15 ml 3,3',5,5'-tetra-methyl-benzidinu (TMB), připraveno k okamžitému použití, žlutý uzávěr.
- **Pozitivní kontrola Mycoplasma pneumoniae IgM\*\*\***: 1 lahvička, 2 ml pozitivního kontrolního séra, barva žlutá, připraveno k okamžitému použití, červený uzávěr.

- **Cut-off kontrola Mycoplasma pneumoniae IgM\*\*\*:** 1 lahvička, 3 ml cut-off, barva žlutá, připraveno k přímému použití; zelený uzávěr.
  - **Negativní kontrola Mycoplasma pneumoniae IgM\*\*\*:** 1 lahvička, 2 ml negativního kontrolního séra, barva žlutá, připraveno k okamžitému použití, **modrý uzávěr**.
- \* obsahuje 0,01 % Kathonu – po zředění  
\*\* obsahuje 0,2 % Bronidoxu L  
\*\*\* obsahuje 0,1 % Kathonu

## 4.2. Materiál dodávaný v soupravě

- 1 rámeček mikrotitrační destičky
- 2 krycí fólie
- 1 protokol testu
- 1 schéma rozložení a identifikace vzorků na destičce

## 4.3. Další potřebné materiály a zařízení

- ELISA reader pro měření absorbance při vlnové délce 450 nm s referenčním filtrem 620 nm
- Inkubátor pro 37 °C
- Ruční nebo automatická promývačka mikrotitračních destiček
- Pipety pro dávkování objemů od 10 do 1000 µl
- Vortex
- Deionizovaná voda
- Jednorázové zkumavky a špičky
- Stopky

## 5. STABILITA A SKLADOVÁNÍ

Reagenty obsažené v soupravě jsou při teplotě 2 - 8 °C stabilní až do doby exspirace uvedené na nálepce.

## 6. PŘÍPRAVA REAGENTŮ

Před zahájením testu je velmi důležité nechat všechny reagenty, vzorky a kontrolní vzorky dosáhnout pokojové teploty (20-25 °C)!

### 6.1. Proužky mikrotitrační destičky

Stěny jamek mikrotitračních stripů jsou potaženy antigeny Mycoplasma pneumoniae. Jsou připraveny k okamžitému použití. Skladujte při teplotě 2 °C – 8 °C. Stripy jsou vakuově zabalené. *Ihned po otevření sáčku musí být nepoužité stripы opět vzduchotěsně uzavřeny do aluminiového obalu s vysoušecím prostředkem dodávaným v soupravě, a musí být skladovány při teplotě 2 – 8 °C. Jsou stabilní až do exspirace.*

### 6.2. Konjugát anti-IgM

Lahvička obsahuje 20 ml králičí protilátky proti lidskému IgM značené křenovou peroxidázou, pufru, stabilizátorů, konzervantů a inertního červeného barviva. Tento roztok je připraven k okamžitému použití. Skladujte při teplotě 2 - 8 °C. Po prvním otevření je obsah stabilní až do doby exspirace pokud je uložen při teplotě 2 – 8 °C.

### 6.3. Kontrolní vzorky

Lahvičky označené jako Pozitivní kontrolní vzorek a Negativní kontrolní vzorek obsahují kontrolní roztoky připravené k okamžitému použití. Roztoky obsahují 0,1% Kathon a musí být skladovány při teplotě 2 °C – 8 °C. Po prvním otevření je obsah stabilní až do exspirace pokud je uložen při teplotě 2 – 8 °C.

### 6.4. IgM ředící roztok vzorků

Lahvička obsahuje 100 ml roztoku fosfátového pufru, stabilizátorů, konzervantů, inertního zeleného barviva a protilátky proti lidskému IgG pro vyloučení inhibice způsobené specifickými protilátkami IgG a odstranění interferencí RF. Roztok je připraven k okamžitému použití a musí se skladovat při teplotě 2 - 8 °C. Po otevření je obsah stabilní až do exspirace pokud je uložen při teplotě 2 – 8 °C.

### 6.5. Promývací roztok

Lahvička obsahuje 50 ml 20x koncentrovaného roztoku pufru, detergentů a konzervantů. Rozředte v poměru 1:20; např. 10 ml koncentrátu promývacího roztoku + 190 ml deionizované vody. Naředěný roztok je stabilní 5 dní při laboratorní teplotě. Krystaly v roztoku zmizí po zahřátí na teplotu 37°C ve vodní lázně.

### 6.6. TMB Substrát

Lahvička obsahuje 15 ml 3,3',5,5'-tetra-methyl-benzidinu (TMB) a peroxidu vodíku. Připraveno k okamžitému použití. Skladujte při teplotě 2 – 8 °C. Chraňte před světlem. *Tento roztok by měl být bezbarvý nebo lehce namodralý. Pokud je modrý, došlo k jeho kontaminaci a měl byt zlikvidován. Po prvním otevření je obsah stabilní až do exspirace pokud je uložen při teplotě 2 – 8 °C.*

## 6.7. Stop roztok

Lahvička obsahuje 15 ml 0,2 molární kyseliny sírové (R 36/38, S 26). Připraveno k okamžitému použití. Skladujte při teplotě 2 – 8°C. Po prvním otevření je obsah stabilní až do exspirace.

## 7. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ

Jako vzorek může být pro vyšetření použito lidské krevní sérum nebo plazma (citrát). Pokud test provádít do 5 dní po odběru vzorků, mohou být vzorky skladovány při teplotě 2–8 °C, jinak musejí být zamrazeny (-70 až -20°C). Pokud jsou vzorky skladovány v hluboce zmrazeném stavu, před použitím je nutno je rozmrazit a dobře promíchat. *Nezmrazujete a nerozmrazujete vzorky opakovane.*

### 7.1. Ředění vzorků

Pro provedení testu musí být všechny vzorky předředěny v poměru 1:101 ředěním roztokem vzorků. Pipetujte 10 µl vzorku a 1 ml IgM ředěcího roztoku a zkumavky pečlivě protřepete na Vortexu. *Pozitivní a negativní kontrolní vzorky dodávané v soupravě jsou připraveny k okamžitému použití a nesmí se dále ředit.*

## 8. POSTUP PROVEDENÍ TESTU

### 8.1. Příprava testu

Dříve než začnete rozbor provádět, přečtěte si pečlivě pracovní protokol. Spolehlivost výsledků závisí na přesném dodržení popsaného postupu testu. Níže uvedený postup platí pro manuální provedení testu. Budete-li jej provádět na automatu, doporučujeme zvýšit počet promývacích kroků ze tří na pět a promývat 300-350 µl promývacího roztoku. Stanovte si plán rozložení a identifikace všech vzorků a kontrol na mikrotitrační destičce na příslušném formuláři dodávaném v soupravě. Vyberte požadovaný počet jamek a vložte je do rámečku.

*Je velmi důležité, aby před začátkem testu byly všechny reagenty i vzorky vytemperovány na pokojovou teplotu!*

Dodržte následující minimální počet jamek:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 jamka (např. A1)    | pro slepý test se substrátem BLANK |
| 1 jamka (např. B1)    | pro negativní kontrolní vzorek     |
| 2 jamky (např. C1+D1) | pro cut-off kontrolní vzorek       |
| 1 jamka (např. E1)    | pro pozitivní kontrolní vzorek     |

*Doporučujeme v případě potřeby provádět test vzorků pacienta i test kontrolních vzorků duplicitně.*

Provádějte všechny kroky v uvedeném pořadí a bez zbytečných přestávek mezi jednotlivými kroky. Pro dávkování každého jednotlivého vzorku je nutno používat čisté jednorázové špičky. Inkubátor nastavte na teplotu  $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ .

1. Pipetujte 100 µl negativního kontrolního vzorku, pozitivního kontrolního vzorku a předředěných vzorků do jamek, které jste vybrali. Jamku A1 ponechejte pro BLANK.

2. Jamky přikryjte fólií dodávanou jako součást soupravy

3. **Inkubujte 1 hodinu  $\pm 5$  minut při teplotě  $37 \pm 1^{\circ}\text{C}$ .**

4. Po skončení inkubace odstraňte krycí fólii, odsajte obsah jamek a promyjte je  $3 \times 300 \mu\text{l}$  promývacího roztoku. Zabraňte přeplnění a přetečení roztoku z jamek. Proplachovací doba mezi každým cyklem by měla být delší než 5 sekund. Nakonec opatrně odstraňte zbývající kapalinu v jamkách oklepnutím mikrotitrační destičky na savý papír!

*Poznámka: Promývání je velmi důležité! Nedostatečné promytí může vést k nepřesnosti testu nebo k falešným hodnotám.*

5. Pipetujte 100 µl konjugátu Mycoplasma pneumoniae anti-IgG do všech jamek s výjimkou A1 určené pro BLANK. Přikryjte krycí fólií.

6. **Inkubujte 30 minut při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.**

7. Opakujte krok 4.

8. Pipetujte 100 µl substrátu TMB do všech jamek.

9. **Inkubujte 15 minut přesně při pokojové teplotě, v temnu.**

10. Pipetujte 100 µl Stop roztoku do všech jamek ve stejném pořadí a stejnou rychlosí, jakou jste aplikovali substrát.

Modré zbarvení, které se objevilo během inkubace, se změní na žluté. Barva je stabilní po 30 minut

*Poznámka: Vzorky od velmi pozitivních pacientů mohou vytvořit tmavé sraženiny chromogenu! Tyto sraženiny mají vliv na snímání optické hustoty. U této vzorku doporučujeme provést první ředění fyziologickým roztokem chloridu sodného, např. 1:1. Dále postupujte stejně jako u ostatních vzorků předředěním 1: 101 ředěním roztokem vzorků ze soupravy. Dosažené hodnoty vyjádřené v jednotkách NTU v tomto případě musíte násobit 2x.*

11. Změřte absorbanci vzorků při 450/620 nm do třiceti minut od přidání stop činidla.

### 8.2. Měření

Vynulujte ELISA reader pomocí BLANKu (jamka A1). Pokud reader nelze z technických důvodů vynulovat, odečtěte hodnotu BLANKu od všech hodnot naměřených na ostatních jamkách. Obdržíte přesné hodnoty!

**Změřte absorbanci** všech jamek při **450 nm** a zaznamenejte naměřené hodnoty absorbance vzorků do identifikačního plánu rozložení jamek.

Doporučujeme provést duální měření při hustotě 620 nm.

Tam, kde je to nutné, vypočítejte **průměrné hodnoty absorbance**.

## 9. VÝSLEDKY

---

### 9.1. Kritéria platnosti testu

Aby bylo možno test považovat za platný, musí být splněna následující kritéria:

- **Slepý test substrátu BLANK** A1: Hodnota absorbance **nižší než 0,100**.
- **Negativní kontrolní vzorek** B1: Hodnota absorbance **nižší než 0,200**.
- **Cut-off kontrola** C1 a D1: Hodnota absorbance **mezi 0,250 a 0,900**.
- **Pozitivní kontrolní vzorek** E1: Hodnota absorbance rovna nebo vyšší než cut-off hodnota.

### 9.2. Výpočet výsledků

Cut-off je průměrem naměřených hodnot absorbancí Cut-off kontrol.

Příklad: Hodnota absorbance Cut-off kontroly 0,49 + hodnota absorbance Cut-off kontroly 0,47 = 0,96 / 2 = 0,48

$$\text{Cut-off} = 0,48$$

### 9.3. Interpretace výsledků

Vzorky lze považovat za **POZITIVNÍ** pokud je hodnota jejich absorbance o 10% vyšší než hodnota *Cut-off*.

Vzorky, jejichž hodnota absorbance je v pásmu 10 % nad nebo pod hodnotou *Cut-off*, nelze považovat za jednoznačně pozitivní nebo negativní tzv. **šedá zóna**.

U těchto vzorků doporučujeme opakovat test za 2 až 4 týdny s čerstvě odebranými vzorky. Pokud i výsledky druhého testu budou opět v šedé zóně, je tyto vzorky možno považovat za **NEGATIVNÍ**.

Vzorky lze považovat za **NEGATIVNÍ** pokud je hodnota jejich absorbance o 10% nižší než hodnota *Cut-off*.

#### 9.3.1. Výsledky v jednotkách firmy NovaTec (NTU)

$$\frac{\text{hodnota (průměrná) absorbance vzorku pacienta} \times 10}{\text{Cut-off}} = [\text{NovaTec-Units} = \text{NTU}]$$

Příklad:  $\frac{1,786 \times 10}{0,38} = 47 \text{ NTU (NovaTec Units)}$

Koefficient:	10	NTU
Šedá zóna:	9-11	NTU
Negativní:	<9	NTU
Pozitivní:	>11	NTU

## 10. SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY TESTU

---

### 10.1. Přesnost

<u>Interassay</u>	<u>počet</u>	<u>Průměr</u>	<u>Cv (%)</u>
Pos. Serum	12	21,6	4,8
	12	13,3	7,8

<u>Intraassay</u>	<u>počet</u>	<u>Průměr</u>	<u>Cv (%)</u>
Pos. Serum	31	0,99	2,9
	22	0,76	9,2

### 10.2. Diagnostická přesnost

Pravděpodobnost, že test vykáže negativní výsledky při absenci specifického analytu. Přesnost tohoto testu je > 95 %.

### 10.3. Diagnostická citlivost

Pravděpodobnost, že test vykáže pozitivní výsledky za přítomnosti specifického analytu. Citlivost tohoto testu je 94,4 %.

### 10.4. Interference

Interference s hemolytickými, lipemickými nebo ikterickými séry nejsou sledovány do koncentrace 10 mg/ml hemoglobinu, 5 mg/ml triglyceridů a 0,2 mg/ml bilirubinu.

**Poznámka:** Tyto výsledky se vztahují ke konkrétním testovaným vzorkům. Stejně výsledky nelze v praxi zaručit.

## **11. LIMITY POSTUPU**

Naměřené hodnoty absorbance mohou být ovlivněny opakováním zmrzováním a rozmrazováním vzorků nebo bakteriální kontaminací. Diagnóza infekční choroby by neměla být založena na výsledku jediného testu. Přesná diagnóza by měla brát v úvahu klinickou minulost pacienta, symptomatologii a také sérologická data. U pacientů s oslabeným imunitním systémem a u novorozenců mají sérologická data pouze omezenou platnost.

## **12. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ**

- V souladu s článkem 1 paragrafu 2b Evropské direktivy 98/79/EC je výrobce povinen zajistit vhodnost, funkčnost a bezpečnost produktu. Proto postup testu, informace, upozornění a varování v návodu pro použití musí být striktně dodržovány. Použití testovací soupravy na analyzátoru a podobných zařízeních musí být validováno. Jakákoli změna ve vzhledu, složení a postupu testu, a také použití v kombinaci s jinými produkty neschválené výrobcem není autorizováno; uživatel sám je zodpovědný za takovéto změny. Výrobce není zodpovědný za falešné výsledky a nehody tímto způsobené. Výrobce není zodpovědný za žádné výsledky získané vizuální analýzou pacientova vzorku.
- Pouze pro diagnostické použití in vitro.
- Všechny komponenty lidského původu použité pro výrobu reagentů tohoto testu byly otestovány na přítomnosti protilátek proti HIV, HCV a HbsAg a byly shledány nereaktivní. Nicméně, všechny materiály by měly být považovány za potenciálně infekční, a s jako takovými by s nimi mělo být nakládáno.
- Nezaměňujte reagenty a destičky z různých výrobních šarží.
- S reagenty této testovací sady se nesmí používat žádné reagenty od jiných výrobců.
- Nepoužívejte reagenty po uplynutí doby jejich exspirace uvedené na štítku.
- Používejte pouze čisté špičky, vícekanálové pipety a laboratorní zařízení.
- Nezaměňujte šroubovací víčka z lahviček mezi sebou, zabráníte tím křížové kontaminaci.
- Lahvičky s reagenty dobře a těsně zavírejte okamžitě po použití, abyste zabránili odpárování a mikrobiální kontaminaci.
- Po prvním otevření a po následnému skladování zkонтrolujte před dalším použitím konjugát i lahvičky s kontrolními vzorky, zda u nich nedošlo k mikrobiální kontaminaci.
- Křížové kontaminaci a falešně zvýšeným hodnotám zabráňte pipetováním reagencí vždy na dno jamek bez pokapání okolí.

POZOR	Bronidox L v použité koncentraci nepředstavuje při kontaktu s pokožkou a sliznicí téměř žádné toxikologické riziko!
POZOR:	Kyselina sírová dráždí oči a pokožku. Přechovávejte z dosahu dětí. Při vniknutí do očí, důkladně promyjte vodou a vyhledejte lékaře.

## **12.1. Likvidace odpadu**

Zbytky chemikálií a preparátů se obecně považují za nebezpečný odpad. Likvidace tohoto typu odpadu je regulována národními a místními zákony a nařízeními. Spojte se s místními úřady nebo se firmami zabývajícími se likvidací nebezpečného a toxicického odpadu, které vám poradí jak máte s tímto nebezpečným odpadem naložit.

## **13. LITERATURA**

- Clyde WA Jr: Clinical overview of typical Mycoplasma pneumoniae infections. Clin.Infect.Dis 1993 Aug;17 Suppl 1:S32-6 Medline  
E.Jacobs.1993.Serologicals Diagnosis of Mycoplasma pneumoniae Infections: Current Prodedures. Clinical Infectious Diseases. 17(suppl 1) 79-82
- Foy,H.M.1993. Infections caused by Mycoplasma pneumoniae and possible populations of patients. Clinical Infectious Diseases. 17 (suppl 1) 37-46
- Handley J.G.,andL.D.Gray.1997. The incidence of Mycoplasma pneumoniae Board Family Practice 11(6):425-429
- Vikerfors,T.,Brodin,G.,Grandien,M.,Hirshberg,L.,Krook,A.,andC.A.Petterssonspecific IgM antibodies for the diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infections Scand.J.Infect.Dis.20(6):601-610

## **14. INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU**

Katalogové číslo výrobku: MYCM0350 Mycoplasma pneumoniae IgM-ELISA (96 testů)

## **15. KONTAKTY**

**Výrobce: NovaTec Immundiagnostica GmbH**

Technologie & Waldpark

Waldstr. 23 A6D-63128 Dietzenbach, Germany

T: +49 6074-48760, F: +49 6074-487629, E: info@NovaTec-ID.com

**Distributor:** LABOSERV s.r.o.  
Hudcova 78b  
612 00 Brno, Česká republika  
T: 541 243 113, F: 541 243 114, E:laboserv@laboserv.cz, http://www.laboserv.cz

## 16. SCHÉMA TESTU

# SCHÉMA TESTU

Mycoplasma pneumoniae IgM-ELISA

### Příprava testu

Připravte reagenty a vzorky tak, jak je popsáno.  
Stanovte plán rozdělení a identifikace všech vzorků a kontrol.  
Umístěte potřebný počet jamek do rámečku mikrotitrační destičky.

### Postup testu

	Slepý test Substrátu (např. A1)	Negativní kontrola	Pozitivní kontrola	Cut-off kontrola	Vzorek (ředěný 1+100)
Negativní kontrolní vzorek	-	100 µl	-	-	-
	-	-	100 µl	-	-
	-	-	-	100 µl	-
Vzorek (ředěný 1+100)	-	-	-	-	100 µl
<p>Přikrytí krycí folií dodávanou v soupravě <b>Inkubace 1 hodinu při teplotě 37°C</b> Promytí 3 x 300 µl promývacího roztoku</p>					
Konjugát	-	100 µl	100 µl	100 µl	100 µl
<p>Přikrytí krycí folií dodávanou v soupravě <b>Inkubace 30 min při pokojové teplotě</b> Promytí 3 x 300 µl promývacího roztoku</p>					
Substrát TMB	100 µl	100 µl	100 µl	100 µl	100 µl
<p><b>Inkubace 15 min při pokojové teplotě v temnu</b></p>					
Stop roztok	100 µl	100 µl	100 µl	100 µl	100 µl
<p>Měření při 450 nm (referenční vlnová délka: 620 nm)</p>					